DUYURU BİLGİLERİ

1	İşin adı	**38 KALEM MEDİKAL MALZEME ALIMI**
2	Duyuru yapılacak mı?	EVET
3	E-Fiyat teklifi alınarak mı alım yapılacak?	HAYIR
4	Doğrudan Temin Kapsamı	Parasal Limit Kapsamında
5	Doğrudan Temin Maddesi	22. Madde (d) bendi
6	Doğrudan temin türü	MAL ALIMI
7	Davet yapılacak mı?	HAYIR
8	Fiyat teklifin verilebileceği yer	ihalevesatinalma@cekmekoy.bel.tr
9	İdarenin iletişim bilgisi	2166000600 / 1341-1343 veya 1313
10	Fiyat teklifinin verilebileceği son tarih ve saat	**06/11/2026 CUMA GÜNÜ SAAT 10.30**
11	Alım tarihi / sözleşme tarihi (Başlangıç-Bitiş)	**SİPARİŞE MÜTEAKİP EN GEÇ 15 TAKVİM GÜNÜ İÇERİSİNDE TESLİMİ YAPILACAKTIR.**
12	Bütçe Yılı	2026
13	Teknik özellik / kriter ilişkin doküman yüklenecek mi?	EVET
14	Sözleşme imzalanacak mı?	HAYIR
15	Tekliflerin Geçerli Olması için İstenecek Belgeler	-Teklif vermeye ilişkin yetkili olduğunu gösteren belgeler (İmza Sirküleri/İmza Beyannamesi, vekâleten katılması halinde vekâletname) -Birim Fiyat Cetveli (kaşeli imzalı olacaktır) -Teknik Şartname / Poz tarifleri (kaşeli imzalı olacaktır) -NOT: BELGELERİN SUNULMAMASI VEYA EKSİK SUNULMASI HALİNDE TEKLİF DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.
16	Ödeme Yeri ve zamanı	-Çekmeköy Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü -İşin tamamlanması ve İdare tarafından kabulüne müteakip ödemeler 150 (Yüz Elli) gün içinde yapılacaktır.

T.C.
ÇEKMEKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Sağlık İşleri Müdürlüğü

38 KALEM MEDİKAL MALZEME ALIMI İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

KONUSU
Madde 1- Bu şartnamenin konusu; Çekmeköy Belediyesi bünyesinde hizmet vermekte olan 4 (Dört) adet Çocuk Gündüz Bakımevlerinin her birinde bulunan Sağlık Bölümleri (Revir) için 38 (Otuz sekiz) kalem Medikal Malzeme alımı yapmaktır.

AMAÇ
Madde 2- Çekmeköy Belediyesi bünyesinde hizmet vermekte olan 4 (Dört) adet Çocuk Gündüz Bakımevlerinin Revirlerinde, Çocuk Gündüz Bakımevine kayıtlı olan çocuklarda meydana gelmesi muhtemel ani rahatsızlıklar ve ilk yardım müdahaleleri ile rutin sağlık kontrollerinin yapılabilmesi gibi gerekçelerle 38 (Otuz sekiz) kalem Medikal Malzeme temin etmektir.

KAPSAM
Madde 3- Çekmeköy Belediyesi bünyesinde hizmet vermekte olan 4 (Dört) adet Çocuk Gündüz Bakımevlerinde görev yapan kamu görevlileri ile Çocuk Gündüz Bakımevine kayıtlı olan çocukları kapsar.

HUKUKİ DAYANAK
Madde 4- Bu şartname; "5393 sayılı Belediye Kanunu", "08.12.1987 tarihli ve 19658 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Açılacak Çocuk Bakımevleri Hakkında Yönetmelik", "30.04.2015 tarihli ve 29342 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Özel Kreş ve Gündüz Bakımevleri ile Özel Çocuk Kulüplerinin Kuruluş ve İşleyiş Esasları Hakkında Yönetmelik", "27.06.2026 tarihli ve 33293 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanununa Göre Açılacak Kreş ve Gündüz Bakımevleri Hakkında Yönetmelik", "4734 sayılı Kamu İhale Kanunu", "4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu" ve "Çekmeköy Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü Çocuk Gündüz Bakımevleri Yönetmeliği" bu şartnamenin yasal dayanağıdır.

TANIMLAR:
Madde 5- Bu şartnamede geçen;

Belediye	:	Çekmeköy Belediye Başkanlığını,
İdare	:	Çekmeköy Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğünü,
Yüklenici	:	İhaleyi kazanacak firmayı ifade eder.

İŞE BAŞLAMA VE İŞİN SÜRESİ
Madde 6- İşin süresi 15 (On beş) takvim günüdür.

ALINACAK ÜRÜNLER VE ÖZELLİKLERİ
Madde 7- Çocuk Gündüz Bakımevlerine kayıtlı olan çocuklarda meydana gelmesi muhtemel ani rahatsızlıklar ve ilk yardım müdahaleleri ile rutin sağlık kontrollerinin yapılabilmesi için Çekmeköy Belediyesi bünyesinde hizmet vermekte olan 4 (Dört) adet Çocuk Gündüz Bakımevlerinin her birinde bulunan Revirlerde 38 (Otuz sekiz) kalem Medikal Malzeme temin edilecektir.

7.1- Yüklenici, aşağıda yazılı 38 (Otuz sekiz) kalem ürünü temin ederek İdare'ye teslim edecektir.

SIRA NO	OKAS KODU	TIBBİ MEDİKAL MALZEME LİSTESİ	BİRİMİ	MİKTARI
1	38412000	TERMAL ATEŞ ÖLÇER (TEMASSIZ LASER)	ADET	4
2	33123100	MANUEL ÇOCUK TANSİYON ALETİ	ADET	4
3	33123100	MANUEL YETİŞKİN TANSİYON ALETİ	ADET	4
4	33124100	GLUKOMETRE (ŞEKER ÖLÇÜM CİHAZI)	ADET	4
5	33140000	GLUKOMETRE STRİBİ	ADET	4
6	33192160	MUAYENE SEDYESİ	ADET	4
7	33192300	PARAVAN	ADET	4
8	33182300	PULSEOKSİMETRE	ADET	4
9	33140000	TERMOJEL	ADET	4
10	33140000	SICAK SU TORBASI	ADET	4
11	33183000	ACİL MÜDAHALE BOYUNLUĞU (YETİŞKİN)	ADET	4
12	33183000	ACİL MÜDAHALE BOYUNLUĞU (ÇOCUK)	ADET	4
13	33190000	KOL ATELİ	ADET	4
14	33190000	BACAK ATELİ	ADET	4
15	33192300	PANSUMAN ARABASI	ADET	4
16	33157400	NEBULİZATÖR CİHAZI	ADET	4
17	33157400	OKSİJEN TÜPÜ + MANOMETRE 10 LİTRE	ADET	4
18	33157400	REZERVUARLI MASKE YETİŞKİN	ADET	4
19	33157400	REZERVUARLI MASKE ÇOCUK	ADET	4
20	33141623	ACİL İLK YARDIM ÇANTASI (20 L.-ASKILI)	ADET	4
21	33162200	KÜÇÜK CERRAHİ SET 7 PARÇA	ADET	4
22	33162200	CIMBIZ (PENSET)	ADET	4
23	33193110	TEKERLEKLİ SANDALYE (STANDART)	ADET	4
24	33141110	STERİ STRİP	ADET	4
25	33141000	ABESLANG (DİL BASACAĞI – 100'lük Kutu)	KUTU	8
26	33141111	YARA BANDI (10'LU PAKET)	PAKET	100
27	33141200	İNTRAKET (NO:22)	ADET	40
28	33141200	İNTRAKET (NO:24)	ADET	40
29	33141200	İNTRAKET (NO:26)	ADET	40
30	33141310	ENJEKTÖR (2 cc)	ADET	100
31	33141310	ENJEKTÖR (5 cc)	ADET	100
32	33141310	ENJEKTÖR (10 cc)	ADET	100
33	44613800	TIBBİ ATIK KUTUSU	ADET	4
34	33124200	OTOSKOP – OFTALMOSKOP SETİ	ADET	4
35	33157400	LARİNGOSKOP 3 BLADE	ADET	4
36	33141000	AIRWAY	ADET	4
37	33141420	CERRAHİ ELDİVEN (M Boy – 100'lü)	PAKET	8
38	33141420	CERRAHİ ELDİVEN (L Boy – 100'lü)	PAKET	8

7.2- Medikal malzemelerin özellikleri aşağıda istenilen niteliklerde olacaktır.

SN	TIBBİ MEDİKAL MALZEME	ÖZELLİKLER
1	TERMAL ATEŞ ÖLÇER (TEMASSIZ LASER)	▪ Temassız kızılötesi vücut sıcaklık ölçümü. ▪ Sıcaklık Aralığı: 32°C - 42.9°C (89.6°F ~ 109.2°F) ▪ Doğruluk: ± 0,3°C (0,6°F) ▪ Tepki Süresi: 500 ms ▪ Test Mesafesi: 5cm-10cm ▪ Güç: Pil ile çalışır (İçinde çalışır vaziyette pil bulunmalı)
2	MANUEL ÇOCUK TANSİYON ALETİ	▪ 8 mm skala 0-300 mm / Hg kadran. ▪ + - 3 mm / Hg hassasiyet özelliğine sahiptir. ▪ Manometre bölümü hassas bir şekilde sıfıra ayarlanmıştır. ▪ Manşet bölümü son derece dayanıklıdır, yıkanabilir ve cırt cırtlı olan manşet tüm çocuklar için ideal uzunluktadır. ▪ Steteskopun ses ileten bölümü yumuşak plastik malzeme kullanılarak üretilmiştir. ▪ Ürün kullanılmadığında taşıma çantasında güvenli bir şekilde muhafaza edilebilir.
3	MANUEL YETİŞKİN TANSİYON ALETİ	▪ 48 mm skala 0-300 mm / Hg kadran. ▪ + - 3 mm / Hg hassasiyet özelliğine sahiptir. ▪ Manometre bölümü hassas bir şekilde sıfıra ayarlanmıştır. ▪ Manşet bölümü son derece dayanıklıdır, yıkanabilir ve cırt cırtlı. ▪ Ürün kullanılmadığında taşıma çantasında güvenli bir şekilde muhafaza edilebilir.
4	GLUKOMETRE (ŞEKER ÖLÇÜM CİHAZI)	▪ Kodlama gerektirmez. ▪ Büyük, okunabilir ekran. ▪ 6 saniyede çok az kanla kesin sonuç alınabilir. ▪ 120 test tarih ve zamanlı hafıza.
5	GLUKOMETRE STRİBİ	▪ Hızlı kan emme özelliğine sahip nitelikte. ▪ Üzerinde glikoz ile tepkimeye giren özel enzimler (Örn. Glikoz oksidaz vb.).
6	MUAYENE SEDYESİ	▪ Ölçüler: En az olarak 60 cm genişlik, 180–190 cm uzunluk ve 70 cm yükseklik ölçülerinde. ▪ Gövde Yapısı: Sağlamlık için genellikle elektrostatik toz boyalı metal profil veya çelik gövdeli. ▪ Yatak / Döşeme: Kolay temizlenebilen, sıvı geçirmeyen (vinil / vilmeks kaplama) ve ortopedik sünger yüzeye sahip olmalı. ▪ Sırt Mekanizması: Çoğu manuel modelde hastanın oturur pozisyona gelebilmesi için kademeli ayarlanabilir sırt desteği bulunmalı.
7	PARAVAN	▪ Kanat: 2 veya 3 kanatlı katlanabilir. ▪ İskelet Yapısı: Elektrostatik toz boyalı metal, kromajlı çelik veya ahşap olabilir. ▪ Taşınabilirlik: 360 derece dönebilen tekerlekler veya ayak desteği bulunur, kolayca katlanıp, alan tasarrufu sağlayacak şekilde depolanabilir. ▪ Kumaş ve Yüzey: Silinebilir, yıkanabilir veya antimikrobiyal özellikli, gizlilik sağlayan perde/kumaş paneller kullanılır.
8	PULSEOKSİMETRE	▪ Tasarım ve Ekran: Çocukların ilgisini çekebilecek renkli veya eğlenceli tasarımlara sahip; OLED veya LCD ekranı genellikle 4 farklı yöne çevrilebilir. ▪ Çalışma Şekli: Şarjlı (USB kablolu) veya pilli olabilir.
9	TERMOJEL	▪ 13 cm x 27 cm ebatlarında. ▪ Buzdolabının buzluk kısmında soğutularak kullanılabilir nitelikte şişlik, morarma, burkulma ve spor yaralanmaları için kullanılacaktır. ▪ Buzluk ya da derin dondurucuda 2 saat içerisinde dondurulabilir özellikte ve aynı zamanda mikrodalga fırında ısıtılarak sıcak kompres yapılmasına uygun bir hale getirilebilir nitelikte olmalı.
10	SICAK SU TORBASI	▪ Kapasite: 1 Litre. ▪ Özellik: Klasik su doldurmalı.

		▪ Malzeme: Kauçuk, termoplastik veya dayanıklı PVC malzeme olabilir.
11	ACİL MÜDAHALE BOYUNLUĞU (YETİŞKİN)	▪ Boyut Aralığı: Genellikle 20 cm ile 46 cm arasında boyun çevresi veya 3 ila 4 kademeli yükseklik ayarlı. ▪ Ayarlanabilir Yapı: Genellikle yetişkin boyu için 4 farklı yükseklik kademesinde. ▪ Tam Stabilizasyon: Boyun hareketlerini (ekstansiyon, fleksiyon ve rotasyon) engelleyerek servikal omurgayı sabitler nitelikte. ▪ Malzeme ve Konfor: Röntgen (X-ışını) ve MR çekimlerine uyumlu (geçirgen) HDPE veya benzeri malzemelerden üretilir ▪ Çene Desteği ve Ped: Anatomik çene desteği ve yumuşak köpük/sünger iç yüzey basıyı önleyici nitelikte. ▪ Trakeostomi / Entübasyon Alanı: Acil müdahalelerde hava yolu erişimi için ön kısımda geniş trakeal açıklık bulunur nitelikte.
12	ACİL MÜDAHALE BOYUNLUĞU (ÇOCUK)	▪ Acil vakalarda kullanılmak üzere tasarlanmış, tek parça plastik malzemeden üretilmiş ve içi yumuşak malzeme ile desteklenmiş nitelikte. ▪ 3 ayrı yükseklik ayarlı kademesi ve emniyet kilidi mevcut olup trakeostomi deliği açık. ▪ Endikasyonları: İlk yardım ve acil durumlarda stabilizasyon amaçlıdır. ▪ Ölçü: 20-46 cm
13	KOL ATELİ	▪ Yapı ve Malzeme: Genellikle ön koldan bileğe uzanan (En az 30 cm) anatomik tasarıma sahiptir. ▪ Ayarlanabilir cırt bantları sayesinde farklı kol kalınlıklarına uyum sağlar ve çoğu model sağ ile sol elde kullanılabilecek şekilde tasarlanmış nitelikte. ▪ Endikasyonlar: Karpal tünel sendromu, tendon ve yumuşak doku hasarları, burkulmalar, ile cerrahi müdahale sonrası rehabilitasyon süreçlerinde bileği ve kolu nötral pozisyonda immobilize etmek (sabitlemek) amacıyla kullanılır nitelikte.
14	BACAK ATELİ	▪ Boyut: 11 cm x 100 cm veya 15 cm x 91 cm rulo ve tabaka formlarında. ▪ Sabitleme ve Destek: Kemiklerin ve bağların doğru pozisyonda kaynamasını veya dinlenmesini sağlar nitelikte. ▪ Cırt Cırtlı / Bantlı Tasarım: Kolay takılıp çıkarılabilir, bacak kalınlığına göre ayarlanabilir cırt cırt sistemlerine sahip nitelikte. ▪ Nefes Alabilir Kumaş: Perfore (delikli) veya terletmeyen özel sünger/neopren dokuma kumaş. ▪ Alüminyum veya Plastik Balenler: Diz veya bacak yanlarında anatomik desteği artıran çıkarılabilir metal ya da sert plastik destek çubukları bulunur nitelikte.
15	PANSUMAN ARABASI	▪ Genişlik (E): 40 cm – 80 cm arası ▪ Derinlik (D): 45 cm – 58 cm arası ▪ Yükseklik (Y): 87 cm – 101 cm arası ▪ Üst Tabla Ölçüleri: En az 420 x 650 mm veya modeline göre değişiklik gösteren alanlar. ▪ Paslanmaz çelik (304 kalite) veya elektrostatik toz boyalı çelik gövde (çizilmeye ve korozyona dayanıklı). ▪ 4 adet medikal sınıf, 360 derece dönebilen tekerlek. 2 adedi emniyetli fren sistemine sahip olması gereklidir.
16	NEBULİZATÖR CİHAZI	▪ Partikül Boyutu (MMAD): En az 3 µm - 5 µm arasında olmalıdır. ▪ İlaç Haznesi Kapasitesi: En az 8 ml olmalıdır. ▪ Nebülizasyon Hızı: En az Dakikada ≥ 0.35 ml civarında olmalıdır.
17	OKSİJEN TÜPÜ + MANOMETRE 10 LİTRE	▪ Hacim: 10 Litre. ▪ Yükseklik: En az 80 cm – 90 cm. ▪ Çap: En az 15 cm – 20 cm. ▪ Boş Ağırlık: En az 10 – 12 kg. ▪ Gaz İçeriği: %99,5 saflıkta medikal oksijen. ▪ Test Basıncı: 345 Bar.

18	REZERVUARLI MASKE YETİŞKİN	▪ Oksijen Konsantrasyonu: Dakikada 10-15 litre akış hızıyla hastaya %60 ile %90 oranında yüksek yoğunluklu oksijen sağlamalıdır. ▪ Malzeme Yapısı:Tıbbi sınıf, şeffaf, non-toksik ve yumuşak vinil / PVC malzemeden üretilir; yüze anatomik olarak tam uyum sağlamalıdır. ▪ Rezervuar Torbası (Hazne): en az 1 litre kapasiteli entegre oksijen rezervuar torbası bulunmalı; bu torba nefes alırken oksijenin birikmesini ve kesintisiz iletilmesini sağlamalıdır. ▪ Oksijen Hortumu: Kırılmaya, bükülmeye dayanıklı, genellikle iç kanallı ve En az 2 metre uzunluğunda bağlantı hortumuna sahip olmalıdır. ▪ Valf Sistemi: Inspirasyon (nefes alma) ile ekspirasyon (nefes verme) havasını ayıran tek yönlü valfler içermelidir.
19	REZERVUARLI MASKE ÇOCUK	▪ Anatomik Tasarım: Çocukların yüz ve burun yapısına tam uyum sağlayacak şekilde daha küçük ve ergonomik kalıplarla üretilir nitelikte olmalıdır. ▪ Rezervuar Torba Kapasitesi: Çocukların akciğer kapasitesine uygun olarak genellikle 500 ml civarında bir oksijen depolama torbasına (hazneye) sahip nitelikte olmalıdır. ▪ Ayarlanabilir Elastik Bant: Maskenin çocuğun kafasına tam oturması, kaymaması ve sızdırmazlık sağlaması için boyu ayarlanabilir esnek kafa bandı içerir nitelikte olmalıdır. ▪ Medikal PVC: Çocuk cildini tahriş etmeyen, non-toksik (zehirli olmayan), kokusuz ve şeffaf tıbbi PVC malzeme olmalıdır. ▪ Şeffaf Tasarım: Sağlık personelinin çocuğun yüz rengini, dudak morarmasını (siyanoz) veya olası bir kusma durumunu dışarıdan rahatça gözlemleyebilmesini sağlar nitelikte olmalıdır. ▪ Ezilmeye Dayanıklı Hortum: En az 1.5 - 2 metre uzunluğunda olan oksijen hortumu, kırılma ve bükülmelere karşı dirençli (içi kanallı) yapıda olmalıdır.
20	ACİL İLK YARDIM ÇANTASI (20 L.-ASKILI)	▪ Boyutlar: En az 43 x 24 x 21 cm. ▪ Kapasite: 20 Litre. ▪ Tasarım / Taşınabilirlik: Genellikle sırt çantası veya elde/omuzda taşınabilir formda ve askılı olmalıdır.
21	KÜÇÜK CERRAHİ SET 7 PARÇA	▪ Makas Düz (Keskin / Küt): 15 cm. ▪ Makas Eğri: 15 cm. ▪ Moskito Eğri Pens: 12,5 cm (Kılcal damarları kapatmak ve hassas dokuları tutmak için) ▪ Hemostatik Pens: 16 cm (Kanamaları durdurmak için) ▪ Portegü: 15 cm (Dikiş iğnesini tutmak için) ▪ Dişli Penset: 15 cm ▪ Bistüri Sapı: No: 4 (Bistüri ucunu takmak için) ▪ Malzeme: Paslanmaz çelik ▪ Taşıma Çantası: Genellikle fermuarlı, her aletin kendine ait yatağı bulunan vinleks veya özel kumaş çanta içerisinde sunulur. ▪ Çanta Ölçüleri: En az 18 cm x 14 cm x 3 cm
22	CIMBIZ (PENSET)	▪ Ölçü: 12 cm – 13 cm (120 mm – 130 mm) veya 14 cm – 16 cm (140 mm – 160 mm) ▪ Materyal: Genellikle paslanmaz çelik veya nikel kaplama çelik gövdeden üretilmelidir. ▪ Dayanıklılık: Kimyasallara, neme, korozyona ve ısıya karşı yüksek direnç gösterir nitelikte olmalıdır. ▪ Yaylı Yapı: El baskısına esnek direnç göstererek uçların tam hizalı kapanmasını sağlar nitelikte olmalıdır.
23	TEKERLEKLİ SANDALYE (STANDART)	▪ Oturma Yeri Genişliği: En az 40 cm ila 50 cm arasında olmalıdır. ▪ Oturma Yeri Derinliği: En az 40 - 45 cm arasında olmalıdır. ▪ Oturma Yeri Yüksekliği (Yerden Yükseklik): Yerden En az 50 cm yükseklikte olmalıdır. ▪ Toplam Genişlik (Dıştan Dışa): En az 60 cm ile 70 cm arasında olmalıdır.

		▪ Toplam Uzunluk: Kendinden tahrikli (büyük 24 inç arka tekerlekli) modellerde En az 95 - 100 cm. arasında olmalıdır.
24	STERİ STRİP	▪ Ölçü: En az 6 mm x 100 mm olmalıdır. ▪ Hipoalerjenik ve Lateks İçermez nitelikte olmalıdır. ▪ Gerginlik Dağılımı: Polyester filamentlerle (lif takviyesiyle) güçlendirilmiş yapısı sayesinde yara kenarlarına eşit gerginlik uygulayarak daha estetik ve düzgün bir iyileşme sağlar özellikte olmalıdır. ▪ Kolay Çıkarılır: İyileşme sürecinin sonunda cilde zarar vermeden pratik biçimde sökülebilir olmalıdır.
25	ABESLANG (DİL BASACAĞI – 100'lük Kutu)	▪ Uzunluk: En az 140 mm (14 cm) ölçülerinde olmalıdır. ▪ En / Genişlik: En az 2 cm. ▪ Kalınlık: En az 2 mm. ▪ Uç Yapısı: Güvenli muayene için her iki ucu da yuvarlatılmış / oval şekilde olmalıdır. ▪ Adet: 100'lük kutularda sunulur. ▪ Malzeme: Ahşap malzemeden yapılmalıdır. ▪ Yüzey: Zımparalanmış, çapaksız, pürüzsüz ve düzgün yüzeyli olmalıdır. ▪ Yapı: Tatsız ve kokusuz olmalıdır.
26	YARA BANDI (10'LU PAKET)	▪ 1,9 x 7,2 cm (veya 19 x 72 mm) boyutlarında olmalıdır. ▪ Paket İçeriği: Her bir kutuda sterilize edilmiş 10 adet yara bandı bulunmalıdır. ▪ Koruma: Günlük hayatta karşılaşılabilecek küçük kesik, çizik ve sıyrıkları kir, toz ve sudan korumalıdır. ▪ Yapısı: Esnek ve cilde uyumlu yapısı sayesinde parmak, eklem gibi vücut kıvrımlarına kolayca adapte olur. ▪ Hava Geçirgenliği: Gözenekli yapısı sayesinde cildin hava almasını (nefes almasını) engellemez, bu da iyileşme sürecini desteklemelidir.
27	İNTRAKET (NO:22)	▪ Numara / Gauge (G): 22G ▪ Dış Çap (Gauge/Kalınlık): 0.9 mm ▪ Kanül Uzunluğu: Genellikle 25 mm
28	İNTRAKET (NO:24)	▪ Numara / Gauge (G): 24G ▪ Dış Çap (Kanül Kalınlığı): 0.70 mm ▪ Uzunluk: 19 mm
29	İNTRAKET (NO:26)	▪ Numara: 26 Gauge (26G) ▪ Dış Çap: En az 0.6 mm (İç çapı genellikle 0.48 mm civarında) olmalıdır. ▪ Uzunluk: 19 mm (3/4 inç)
30	ENJEKTÖR (2 cc)	▪ Kapasite: Nominal olarak 2 cc (2 ml) sıvı alma ve uygulama kapasitesine sahip olmalıdır. ▪ Yapı: 3 parçalı olmalıdır (silindir gövde, kauçuk contalı piston ve iğne ucu) ▪ Conta: Piston ucunda sızdırmazlığı sağlayan kauçuk veya sentetik bir conta bulunur, bu da daha pürüzsüz ve kontrollü bir piston hareketi sağlamalıdır. ▪ Uç Tipi: Luer-slip (itmeli/geçmeli) uç yapısına sahip olmalıdır. ▪ İğne Ölçüsü: En az 21G kalınlık ve 16 mm uzunluk ölçülerinde olmalıdır.
31	ENJEKTÖR (5 cc)	▪ Hacim Kapasitesi: 5 cc ve 5 ml enjektör toplamda 5 mililitre (5 cc) sıvı alabilir nitelikte olmalıdır. ▪ Yapısal Özellikler: 3 parçalı yapıya sahip olmalıdır.(polipropilen silindir, polietilen/kauçuk contalı piston). ▪ Sterilizasyon ve Güvenlik: Etilen Oksit (EO) gazı ile sterilize edilir olmalıdır. Tek kullanımlık, non-toksik ve pirojensiz olmalıdır.. ▪ Boyut (Çap x Boy): En az 14 x 85 mm ölçülerinde olmalıdır. ▪ İğne Ucu (Gauge ve Boyut): En az 21G ve 38 mm standart uzunluklarda olmalıdır.
32	ENJEKTÖR (10 cc)	▪ Kapasite / Hacim: 10 cc = 10 ml. ▪ Yapı: 3 parçalı yapıda olmalıdır.

		▪ Kauçuk conta, pistonun silindir içinde daha sızdırmaz ve rahat hareket etmesini sağlamalıdır. ▪ Steril ve Tek Kullanımlık: Etilen oksit (EO) gazı ile sterilize edilir nitelikte, pirojensiz ve non-toksik içermelidir. ▪ İğne Boyutları (Gauge / mm): iğne kalınlıkları ve uzunlukları En az 18G - 38 mm uç tipleri olmalıdır.. ▪ Luer Uç: %6 eğimli Luer uç yapısına sahip olmalıdır.
33	TIBBİ ATIK KUTUSU	▪ Ölçü: 0.2 – 2 Litre arasında olmalıdır. ▪ Malzeme: Delinmeye, yırtılmaya, kırılmaya ve darbelere dayanıklı polipropilen (PP) veya yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE) hammaddeden üretilmelidir. ▪ Sızdırmazlık: Su geçirmez, sızdırmaz ve ortam sıcaklığında deforme olmayan yapıda olmalıdır. ▪ Kapak ve Kilit Sistemi: Güvenli kullanım için genellikle kilitlenebilir, tek yönlü valfli veya emniyetli kapak sistemlerine sahip olmalı; alt kapakta iğne ucu ve bistüri sökme tırnakları yer alabilir nitelikte olmalıdır.
34	OTOSKOP – OFTALMOSKOP SETİ	▪ Ana Gövde (Handle / Sap): Pilli ışık şiddeti ayarlanabilen (reostalı) tutma kolu olmalıdır. ▪ Otoskop Başlığı: Kulak kanalı ve kulak zarı muayenesi içindir. 2 mm, 3 mm ve 4 mm olmak üzere farklı boylarda steril edilebilir veya tek kullanımlık spekülüm (kulak ucu) setleri içermelidir. Pnematik otoskopi için konnektör barındırabilmlidir.
35	LARİNGOSKOP 3 BLADE	▪ Uzunluk Ölçüleri: En az 128 mm – 133 mm arasında olmalı tabanından ucuna iç mesafe En az 105 mm civarında olmalıdır. ▪ Sterilizasyon: Standart metal blade'ler en az 134 °C'ye kadar otoklavda steril edilebilir ve dezenfektan solüsyonlara dayanıklı olmalıdır.
36	AIRWAY	▪ Malzeme: Sert, dayanıklı plastikten üretilmiş olmalıdır. ▪ Ölçüleri: 1 adet Çocuk için en az 7 cm, yetişkin için en az 10 cm uzunluğunda olmalıdır.
37	CERRAHİ ELDİVEN (M Boy – 100'lü)	▪ Beden: M (Medium / Orta Boy) ▪ Paket İçeriği / 100 adet eldiven bulunmalıdır.
38	CERRAHİ ELDİVEN (L Boy – 100'lü)	▪ Beden: L (Large/Büyük Boy) ▪ Paket İçeriği / 100 adet eldiven bulunur.

BELEDİYENİN YETKİLERİ

Madde 8- İdare; Yükleniciden talep edilen ürünleri, işin Yükleniciye tebliği itibariyle 15 (On beş) takvim günü içerisinde teslim edilmemesi durumunda tek yönlü feshedebilme mevzuatını uygular.

ŞARTNAMENİN MUHTEVASI VE GENEL HÜKÜMLER

Madde 9- Resmi işlemlerle ilgili tüm yazışmalar İdare tarafından yapılacak, tüm ürünlerin temini, nakliyesi ve teslimatı Yükleniciye ait olacaktır.

9.1- Listede belirtilen medikal malzemeler orijinal ambalajlarında olacak, ambalaj üzerinde tüm ürünlerin Son Kullanma Tarihleri (SKT), LOT Numarası vb. hakkındaki tüm bilgiler belirtilmiş olacaktır.

9.2- Tıbbi cihaz Yönetmeliği kapsamında olan tüm ürünler Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kayıtlı olmalıdır. Ancak, Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamında olmayan diğer ürünler CE veya FDA belgeli olacaktır.

9.3- Ürünlerin teslim alındığı tarih itibariyle son kullanım tarihleri en az 2 yıl olması gerekmektedir. Teslim alınan ürünlerde son kullanım tarihinin geçmek üzere olduğu tespit edilen ürünler kabul edilmeyecek ve yüklenici tarafından 15 (On beş) takvim günü içinde tüm giderleri Yükleniciye ait olmak üzere yeni miyadlı malzemeler ile değiştirilmek suretiyle Kontrol edilerek Kabulü ile teslim alınacaktır.

9.4- Menşei belli olmayan faturasız ürünler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

9.5- Steril olarak alınacak olan medikal malzemelerin sterilizasyonunun geçerlilik süresi ve sterilizasyon şekli ambalaj üzerinde basılı bulunacak, sonradan yapıştırılabilecek etiket gibi eklentiler kabul edilmeyecektir.

9.6- Yüklenici, kullanım esnasında ortaya çıkan olumsuz herhangi bir nedenden dolayı kullanılamayan ya da eksik veya bozuk malzemelerin tamamını herhangi bir ücret talep etmeksizin en fazla 15 (On beş) takvim günü içinde tüm giderleri Yükleniciye ait olmak üzere değiştirecektir.

9.7- Ürünlerin muayene ve kabul işlemleri İdarece tamamlandıktan sonra İdarenin mevcut depolama şartlarını yerine getirmesine rağmen, depolama esnasında ürünlerin rafların bekletilmesi aşamasında, üretimden kaynaklanan ambalaj bozulmalarının olması durumunda Yüklenici tarafından 15 (On beş) takvim günü içerisinde yenileri ile tüm giderleri Yükleniciye ait olmak üzere değiştirilecektir.

CEZALAR VE DİĞER HUSUSLAR

Madde 10- Şartnamede belirtilen hizmetlerin yapılması esnasında, şartnameye veya ilgili mevzuat hükümlerine aykırı bir durum tespit edildiği veya Yüklenici bu şartnamede yer alan hizmetlerden birinin veya birkaçının gerçekleşmemesine sebep olabilecek bir hizmet kusuru meydana getirdiği takdirde ve/veya teknik şartnamede belirtilen süreler içerisinde ürünlerin idareye teslim edilmemesi/değiştirilmemesi durumunda gecikilen her gün için Yükleniciye 1.000,00 (Bin) TL cezai müeyyide uygulanacaktır.

Madde 11- Bu şartname 11 (On bir) madde ve 8 (Sekiz) sayfadan ibarettir.

26DT2177090Doğrudan Temin Alım Kaydı

Doğrudan Temin Kapsamı	4734 Kapsamında
Doğrudan Temin Maddesi veya İstisna Alımın Dayanağı(Varsa)	22-d* (Parasal Limit Kapsamında)
Doğrudan Temin Türü	Mal
İşin Adı	38 KALEM MEDİKAL MALZEME ALIMI
Fiyat Teklifinin Verileceği Yer	ihalevesatinalma@cekmekoy.bel.tr
İdarenin İletişim Bilgisi	2166000600-1341-1343-1313
Fiyat Teklifinin Verileceği Son Tarih	06.11.2026 10:30
Alım Tarihi/Sözleşme Tarihi	
Toplam Alım Bedeli	
Bütçe Yılı	2026
Tıbbi Cihaz Alımı Mı?(Doğrudan Temin Türü Mal ise) (Tıbbi cihaz yönetmelikleri kapsamında ve/veya SGK geri ödemesine tabi)	Hayır

26DT2177090Alım Yapılan İstekli ve Kalem Bilgileri