DUYURU BİLGİLERİ

1	İşin adı	VETERİNER HİZMETLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE TIBBİ CİHAZ ALIM İŞİ
2	Duyuru yapılacak mı?	EVET
3	E-Fiyat teklifi alınarak mı alım yapılacak?	HAYIR
4	Doğrudan Temin Kapsamı	Parasal Limit Kapsamında
5	Doğrudan Temin Maddesi	22. Madde (d) bendi
6	Doğrudan temin türü	MAL
7	Davet yapılacak mı?	HAYIR
8	Fiyat teklifin verilebileceği yer	ihalevesatinalma@cekmekoy.bel.tr
9	İdarenin iletişim bilgisi	2166000600 / 1341-1343 veya 1313
10	Fiyat teklifinin verilebileceği son tarih ve saat	**27/11/2026 CUMA GÜNÜ SAAT 10:00**
11	Alım tarihi / sözleşme tarihi (Başlangıç-Bitiş)	**Siparişe müteakip 15 takvim günü içinde malzemelerin teslimi yapılacaktır.**
12	Bütçe Yılı	2026
13	Teknik özellik / kriter ilişkin doküman yüklenecek mi?	EVET
14	Sözleşme imzalanacak mı?	HAYIR
15	Tekliflerin Geçerli Olması için İstenecek Belgeler	-Teklif vermeye ilişkin yetkili olduğunu gösteren belgeler (İmza Sirküleri/İmza Beyannamesi, vekâleten katılması halinde vekâletname) -Birim Fiyat Cetveli (kaşeli imzalı olacaktır) -Teknik Şartname / Poz tarifleri (kaşeli imzalı olacaktır) -NOT: BELGELERİN SUNULMAMASI VEYA EKSİK SUNULMASI HALİNDE TEKLİF DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.
16	Ödeme Yeri ve zamanı	-Çekmeköy Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü -İşin tamamlanması ve İdare tarafından kabulüne müteakip ödemeler 150 (Yüz Elli) gün içinde yapılacaktır.

T.C.
ÇEKMEKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI
VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Veteriner Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere Tıbbi Cihaz Alım İşi Teknik Şartnamesi

1 - KONU

Bu şartnamenin konusu; Çekmeköy Belediyesi sınırları içerisinde bulunan sahipsiz sokak hayvanlarının bakım, tedavi ve kısırlaştırma hizmetlerini yerine getirmekte kullanılacak olan ve bu şartnamede özellikleri belirtilen tıbbi ekipmanların alımına ilişkin esasları belirlemektedir.

2 - AMAÇ

Bu şartname; Çekmeköy Belediyesi sınırları içerisinde olan sahipsiz sokak hayvanlarının (Kedi, Köpek, vb.) popülasyon kontrolünün sağlanması, yaralı, güçten düşmüş olanların ise bakım ve tedavilerinin sağlanması ile halk sağlığının korunması amacıyla kuduz vakalarının önüne geçilmesi için gerekli, medikal malzeme ve tıbbi ekipman alınmasını amaçlar.

3 - TANIMLAR

İdare; Çekmeköy Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'nü,

Yüklenici; İhaleyi alan firmayı ifade eder.

4 - HUKUKİ DAYANAK

Bu şartname, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7/m maddesi; 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 14/a maddesi ile 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ile Hayvanların Korunmasına Dair Uygulama Yönetmeliğine uygun olarak hazırlanmıştır.

5 - İŞE BAŞLAMA VE İŞİN SÜRESİ

Siparişe müteakip 15 takvim günü içerisinde malzemelerin teslimi yapılacaktır.

6 - ALINACAK ÜRÜNLER VE ÖZELLİKLERİ

Alınacak olan 11 (on bir) kalem malzemenin miktar, içerik ve özellikleri aşağıda belirtildiği şekilde olmalıdır.

1.	MİKROÇİP OKUYUCU	5 ADET
2.	KEDİ YOĞUN BAKIM KABİNİ	2 ADET
3.	VETERİNER ANESTEZİ CİHAZI	1 ADET
4.	VETERİNER OPERASYON MASASI ELEKTRİKLİ	1 ADET
5.	VETERİNER MANUEL MUAYENE MASASI	2 ADET
6.	MOBİL OPERASYON LAMBASI	1 ADET
7.	OKSİJEN KONDANSATÖRÜ CİHAZI	1 ADET
8.	VETERİNER KÖPEK YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ	1 ADET
9.	VETERİNER PASLANMAZ TARTI	1 ADET
10.	VETERİNER HASTABAŞI MONİTORU	1 ADET
11.	DATA LOGGER	4 ADET

1-MİKROÇİP OKUYUCU

1. Mikroçip okuyucu ROHS, CE ve ISO 11784 standartlarına uyumlu olmalıdır.
2. Mikroçip okuyucu FDX-B ve ya FDX-A standartlarında okumalara uyumlu olmalıdır.
3. Mikroçip okuyucu elle uyumlu bir dizayna sahip olmalıdır.
4. Mikroçip okunduğunda sesli uyarı vermelidir.
5. Mikroçip okuyucunun LCD veya OLED ekranı olmalıdır.
6. Mikroçip okuyucu bilgisayar USB çıkışından şarj edilebilir olmalı ve en fazla 4 saatte tam şarj olmalıdır.
7. Mikroçip okuyucu çalışma ortam sıcaklığı 0°C veya daha düşük derecelerde ile +50°C aralığında olmalıdır.
8. Mikroçip okuyucunun en az 100 numara okuması içeren hafızası olmalıdır.
9. Mikroçip okuyucu en fazla 60 saniye kullanılmadığında otomatik olarak kendini kapatmalıdır.
10. Mikroçip okuyucu cihaz ile birlikte USB kablo birlikte verilmelidir.

2-KEDİ YOĞUN BAKIM KABİNİ

1. Cihazın ölçüleri en az 85 cm genişlik, 50 cm derinlik x 55 cm (+/- 5) yükseklik ölçülerinde ve 304 kalitede paslanmaz çelik gövdeli olmalıdır.
2. Kapak çerçeveli akrilik camlı olmalıdır ve kapı yüzerinde çift yaylı kilit olmalıdır.
3. Cihazda dijital termostat ile ısı ayarı yapılabilmelidir.
4. Cihaz da 20-40 derece fanlı ısıtma olmalıdır.
5. Cihazda Isıtıcı kapalı iken fanla taze hava hepa filtreden geçmeli kabin içini havalandırmalıdır.
6. Cihazda Uv sterilizasyon lambası olmalıdır
7. Cihazda Aydınlatma led ile sarı ve beyaz ışık seçenekleri olmalıdır.
8. Kumanda bölümü led lamba açma kapama düğmesi, fan açma kapama düğmesi, uv lamba açma kapama düğmesi, Nebülizatör girişi, oksijen girişi olmalıdır.
9. Her üç ünite için üst üste konulmasını sağlayacak üç katlı, her bir bölme yoğun bakım kabininin ölçülerine uygun olacak şekilde paslanmaz çelikten ve tekerlekli olacak şekilde stand ile birlikte verilmelidir.

3-VETERİNER ANESTEZİ CİHAZI

1. Anestezi cihazı veteriner alanda özellikle kedi, köpek (at, sığır vb. hayvanlar hariç) kullanılabilmelidir.
2. Anestezi cihazı kolaylıkla hareket edebilen modüler yapıda; vaporizatör, sodalime ünitesi, körük sistemi kullanıcı tarafından sökülüp takılabilecek yapıda ergonomik dizayna sahip olmalıdır.
3. Anestezi cihazı fren tertibatlı 4 (dört) adet antistatik özellikte tekerlekleri bulanan anestezi kabini üzerine monte edilmelidir. Anestezi cihazı 200-240Volt AC,50/60Hz şebeke voltajıyla çalışabilir özellikte olmalıdır.
4. Anestezi cihazı en az 5.000 mAH batarya ile en az 2(iki)saat çalışabilmelidir.
5. Cihazda Oksijen flowmetre (akış ölçer seti) ve ölçüm aralıkları; O2 akışı aralığı: en fazla 0 – 5 Lt/ Dakika olmalıdır.
6. Anestezi cihazında oksijen bypass sistemi (O2 flush: 10-15L/dk aralığında) sistemi olmalıdır.
7. Cihazda Isoflurane veya Sevoflurane vaporizatörü bulunmalıdır.
8. Anestezi cihazında bulunan ventilatörün özellikleri aşağıdaki gibi olmalıdır.
    - Ventilatör cihazı en az 7 inç 1024*768 dokunmatik ekrana sahip elektronik kontrollü ve tidal volüm, minute volüme, hava yolu basıncını parametrelerine sahip olmalıdır.
    - Ventilatör cihazının tidal volüme 5ml-1500ml aralığında ayarlanabilmelidir.
    - Ventilatör cihazında en az düşük basınç, yüksek basınç ve apnea alarmı olmalıdır.
9. Anestezi cihazı CE belgeli olmalıdır.
10. Anestezi cihazı ile birlikte aşağıdaki donanımlar ve sarf malzemeleri birlikte verilmelidir.
    - Oksijen regülatörü.....1 adet
    - Oksijen Tüpü 10 LT.....1 adet
    - Kuru Hava için regülatör.....1adet
    - Oksijen(O2) ve medikal hava bağlantı hortumları.....1'er adet
    - Hayvanlar için küçük, orta ve büyük maske ve askıları.....1'er adet
    - 0.5 Lt, 1 Lt ve 2 Lt anestezi balonu.....1'er adet
    - Sodalime.....2Lt
    - İsoflurane vaporizatörü .....1'er adet

4-VETERİNER ELEKTRİKLİ OPERASYON MASASI

1. Operasyon masasının üst tablası, en az 135 x60 cm ölçülerinde 304 kalite paslanmaz çelikten imal edilmiş en az 1mm en fazla 2 mm kalınlığında olmalıdır. Bütün yüzeyler, el kesmeyecek şekilde bükümlendirilmiş olmalıdır.
2. Üst tabla yekpare press baskılı olmalıdır. Kaynak yeri olmamalıdır.
3. Masanın üst tablasının polisajı düzgün ve pürüzsüz ve press baskılı olmalıdır.
4. Masanın üst tablasında, kısa kenarlarından birinin yanında gider deliği ve gider hortumu olmalıdır.
5. Masanın üst tablası gider yönünde amortisörle hareket (Trendelenburg hareketi) edebilmeli ve verilen eğimde sabit durabilmelidir.
6. Üst tabla açılıp kapanabilir özellikte olmalı, tablanın alt bölümü en az 20x20 mm profil karkasla desteklenmiş olmalıdır.
7. Masada kullanılan cıvatalar paslanmaz olmalıdır.
8. Masa gider altında atık kabı bulunmalıdır.
9. Masa ayaklarında en az ikisi fren tertibatı olan en az 15 cm (+/- 2) antibakteriyel paslanmaya mukavimli tekerlekleri bulunmalıdır.

10. Masanın tekerlekleri hariç tamamı 304 paslanmaz çelik olmalıdır.
11. Masanın alt profilleri en az 40x30 mm (+/- 5) ve en az 1.5 mm kalınlıkta 304 paslanmaz profilden olmalıdır.
12. Masanın üst tablası yer düzlemine paralel alçalıp yükselebilir olmalıdır. Masa yükseklik ayarı gövdesinde bulunan elektrikli motor vasıtasıyla ayarlanabilmelidir. Ayar en az 65x100 cm arasında ayarlanabilmelidir.
13. Masa en az 100 kg ağırlık kaldırabilmelidir.
14. Elektrikli devre kutusu her türlü sıvı temasından etkilenmemesi amacıyla, tamamen sıvı izolasyonlu olmalıdır.
15. Yükseklik ayarı ayak kumandası ve/veya el kumandası vasıtasıyla olmalıdır.
16. Masanın üst tablasının kenarlarından en az 4 adet bağlama aparatları olmalıdır.
17. Masada takılıp çıkarılabilen paslanmaz serum askısı bulunmalıdır.

5-VETERİNER MANUEL MUAYENE MASASI

1. Masa 304 kalite paslanmazdan üretilmiş olmalıdır.
2. Masanın eni en az 60 cm, boyu en az 140 cm yüksekliği, en az 70 cm olmalıdır.
3. Masa yüzeyi su akışına uygun yeterlik derinlikte olmalıdır.
4. Masa altında gider yeri bulunmalıdır.
5. Masada en az 4 adet hayvanı sabitleme için aparat bulunmalıdır.
6. Masa ayakları ortasında paslanmaz takviye profil bulunmalı aynı zamanda 2 ayak arasında uzunlamasına paslanmaz takviye bulunmalıdır.
7. Masada takılıp çıkarılabilen paslanmaz serum askısı bulunmalıdır.

6-MOBİL OPERASYON LAMBASI

1. Ameliyat lambası mobil yapıda, 2'si kilitlenebilir en az 4 adet tekerlekli olmalıdır.
2. Ameliyat lambası en az 24 LED lambadan oluşmalı ve başlık çapı en az 25 cm olmalıdır.
3. Ameliyat lambası yaylı kol en az 70 cm (+/- 5) mekanizmasına sahip olmalıdır.
4. Ameliyat lambası yaylı kolu en az 40 derece aşağı ve en az 40 derece yukarı hareket edebilmelidir.
5. Ameliyat lambası başlığı en az 180 derece, yaylı kol en az 230 derece döndürülebilmelidir.
6. Ameliyat lambası tutma sapı çıkarılabilmeli ve 134 derecede otoklavlanabilmelidir.
7. Ameliyat lambasında odaklama bulunmalıdır.
8. En az 2 adet ışık kademesi olmalıdır.

7-OKSİJEN KONDANSATÖRÜ CİHAZI

1. Cihaz normal ortamdaki oksijeni filtreleyip ve de zenginleştirip yüksek saflıkta hastaya verme amaçlı olmalıdır.
2. Cihazda kolay erişilebilen yerde hepa filtresi olmalıdır.
3. Cihaz yüksek oksijen saflığına sahip olmalıdır.
4. Cihaz gürültü seviyesi en fazla 45 dB olmalıdır.
5. Cihaz oksijen çıkışı en az (1) ile (5) lt/dakika arasında ayarlanabilir özellikte olmalıdır.
6. Cihazda toz, hava veya bakteri filtreleri bulunmalıdır.
7. Cihaz çıkış basıncı en az 20 kPa, en fazla 85 kPa olmalıdır.
8. Cihaz LCD ekran olmalı ve ekranda Güç ışığı, saflık ışığı, çalışma durumu, açma kapama düğmesi, ayar zamanı, atomizasyon fonksiyonu düğmesi, toplam çalışma zamanı durumu, arıza ışığı, yer almalıdır.
9. Cihaz üzerinde ON/OFF düğmesi buna bağlı olarak alarm sistemi olmalıdır.
10. Cihazda yer değiştirmesini sağlayan 4 adet tekerlek olmalıdır.
11. Cihaz üzerinde dijital göstergeli saat olmalıdır.

12. Cihazla Nazal kanül, suluk, hepa filtre ve kullanım kılavuzu verilmelidir.

8-VETERİNER KÖPEK YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ

1. Köpek yoğun bakım ünitesinin ölçüleri büyük ırk köpeğin dahi rahatça sığabileceği iç ve dış ölçülerde olmalıdır. Dış ölçüler en az 120x65x115 cm, iç ölçüleri en az 115x60x115 cm (+/-2) olmalıdır.
2. Köpek yoğun bakım ünitesi, bilgisayar kontrollü, en az 5" dokunmatik ekran, kumanda paneli olmalıdır.
3. Köpek yoğun bakım ünitesinde ultraviyole ile dezenfeksiyon bulunmalıdır. Ultraviyole lamba sistemi dahil olmalıdır.
4. Köpek yoğun bakım ünitesinde havalandırma fanı bulunmalıdır.
5. Köpek yoğun bakım ünitesinde oksijen ve serum girişi bulunmalıdır.
6. Köpek yoğun bakım ünitesi 304 kalite paslanmaz çelik gövde CNC kesim, ön kapaklar akrilik veya temperli cam olmalıdır.
7. Kapak açmadan önde bulunan müdahale kapaklarından iki el girişleri ile canlıya müdahale özelliği olmalıdır.
8. Köpek yoğun bakım ünitesinde çift renk LED iç aydınlatma bulunacaktır.
9. Köpek yoğun bakım ünitesinde dahili nebülizatör veya nebülizatörü üzerinde takılı olmalıdır.
10. Köpek yoğun bakım ünitesinde dijital ısıtma sistemi bulmalıdır.

9-VETERİNER PASLANMAZ TARTI

1. Paslanmaz veteriner tartı paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır. Veteriner kullanıma uygun olmalıdır.
2. Tartı 150 kg çekerli ve 50 gram hassasiyetli olmalıdır.
3. Tartı kumanda paneli LCD veya LED ekran olmalıdır.
4. Tartı indikatörü masaüstü kullanımlı veya duvara monte aparatlı olarak ücretsiz verilmelidir.
5. Tartı indikatöründe dara alma, sıfırlama, üst üste toplama özellikleri bulunmalı, ayrıca elle dara alma özelliği bulunmalıdır.
6. Tartı platformu yerden 9 cm yükseklikte, 4 tarafı açık olarak imal edilmiş olmalıdır.
7. Cihaz fabrikasyon ve işçilik hatalarına karşı iki (2) yıl ücretsiz garantili olmalıdır.

10-VETERİNER HASTABAŞI MONİTORU

1. Cihaz en az 12 inç renkli, en az 800X600 çözünürlükte, tamamen veteriner programa sahip olmalıdır.
2. Monitör ekranından aynı anda en az 4 adet dalga formu görüntülenebilmelidir. Ölçüm parametrelerine ait değerler yukarıdan aşağı doğru sıralanmış olarak görülebilmeli her parametre değerinin karşısında parametreye ait trase aynı anda izlenebilmelidir.
3. Ekranda görülen dalga formları, kolay ayırt edilebilmeleri için her biri ayrı renkte olmalıdır. Demo modu, doz ayarlama veya standby modu olmalıdır.
4. Cihaz, EKG, SpO2, non-invaziv kan basıncı, vücut ısısı, parametrelerini ölçebilecek özellikte olacaktır.
5. Cihazda, standart olarak 5 uçlu hasta kablosu ile I, II, III, V, AVR, AVL, AVF derivasyonları ölçülebilmelidir. 2 kanal dalga formu izlenebilmelidir.
6. EKG ölçümü HR 15 ile 350 atım/dakika (-/+5) arasında yapılabilmelidir.
7. EKG hızı 6.25-12.5-25-50 mm/sn ayarlanabilmelidir.
8. EKG kazanç ayarı en az x1.25 mm/mV - x2.5mm/mV – x5.0mm/mV – x10mm/mV – x20mm/mV – x40mm/mV olarak otomatik ve manuel ayarlanabilmelidir.

9. Bant genişliği diagnostik modda 0.05-150 Hz monitoring modda 0,5-40 Hz cerrahi modda 1-20 Hz olmalıdır.
10. EKG filtre modu en az teşhis, cerrahi ve normal monitor olarak seçilebilmelidir.
11. Cihazda S - T analizi 1 kanal şeklinde ve 2.0 mV - (+/- 2.0) olmalıdır.
12. Cihazda aritmi analiz özelliği olmalıdır.
13. Apnea alarmı 10 sn – 40 sn arasında 5 er sn aralıklarla ayarlanabilmelidir.
14. Cihazda pacemaker koruma olmalıdır.
15. Cihazda defibrillator ve koter koruma interface olmalıdır. Cihaz ağırlığı batarya hariç en az 3kg olmalıdır.
16. Cihazda alt üst alarmlar ayarlanabilmelidir. NIBP Diostalik olarak en az 20-200 arasında, Sistolik olarak en az 40-265 arasında ayarlanabilmelidir
17. Cihaz, SpO2 ölçüm aralığı en az %0 - 100 ve en fazla %3 hassasiyette ölçülebilmelidir.
18. Cihazda non-invaziv kan basınç ölçümü köpek, At ve kedi için ayarlanabilmelidir. Köpek için Sistolik (40-200 mm Hg), Diastolik (10-150 mm Hg), At için Sistolik (40-270 mm Hg) , Diastolik (10-215 mm Hg), Kedi için Sistolik (40-135 mm Hg) Diostalik (10-100 mm Hg) olarak, ortalama basınç ide; köpekte (20-165 mm Hg), kedide (20-110 mm Hg), atta ise (40-200 mm Hg) ölçülebilmelidir.
19. Cihazda, vücut ısısı 0 ile 50C arasında hassasiyeti maksimum +/- 0.20 olmalıdır.
20. Solunum ölçüm aralığı kedi ve köpek için 0-120 rpm, at için 0-120 rpm olmalıdır.
21. Cihaz, 220 Volt (+/- %10), 50 Hz şehir şebeke cereyanı ve dahili bataryası ile çalışabilmeli, batarya ile en az 2 saatlik Monitörizasyon Mümkün olmalıdır.

11-DATA LOGGER

1. Cihaz, dahili sensörü ile ortam sıcaklık ve ortam nemi ölçümü için veri toplama (datalogger) işlemini gerçekleştirebilmelidir.
2. Cihaz, LCD ekrana sahip olmalıdır. Ekranda pil durumu, anlık sıcaklık değeri, nem ve cihazın çalışma durumu görülebilmelidir.
3. USB bilgisayar bağlantısı ile kolayca veri aktarılabilmelidir.
4. Su sıçramaları ve su damlacıklarına karşı dayanıklı olmalıdır.
5. En az 0-60 derece arasında değer ölçebilmelidir.
6. En az 10 saniye ve 4 saat aralığında toplam min 15.000 (on beş) adet veri kaydedebilmelidir.
7. Cihaz, kalibrasyon sertikası ile beraber verilmelidir ve kalibrasyon sertifikasının geçerlilik süresi teslim tarihinden itibaren en az 8 ay olmalıdır.
8. Windows işletim sistemine uyumlu olmalıdır.
9. Cihazın şarj kablosu orijinal kutusunda mevcut olmalıdır.

7– GENEL HÜKÜMLER

1. Ürünlerin teslimi Yüklenici tarafından yapılacaktır
2. Nakliye, teslimat ve taşıma işlemleri yüklenici firmaya aittir.
3. Teslimatta ve/veya teslimattan sonra idaremizce tespit edilen defolu ve kusurlu ürünlerden yüklenici firma sorumlu olup ürünleri yenisiyle ve aynı adet ve miktarınca İdare'ye ücretsiz olarak tedarik etmekle yükümlüdür. Ayrıca firma bunu yazılı olarak idaremize taahhüt edecektir.
4. Fonksiyonları gereği kilit mekanizması olan cerrahi aletlerin, bacakları yumuşak kilitlenip, kolay ayrılabilmelidir.
5. Garanti süresi içinde kullanım ve bakım ve sterilizasyon hataları hariç, bozulan aletler yenisi ile değiştirilecek, tamiri cihetine gidilmeyecektir.
6. İstekli firma teklif ettiği marka ve ürüne ait bakım, saklama ve sterilizasyon bilgilerini içeren Türkçe kullanım kılavuzunu ihale dosyası içerisinde verecektir.

7. Malların imalatı ve montajında gerekli her türlü mal, malzeme araç-gereç, aparat vs. bilumum ihtiyaç ve her türlü indirme, bindirme, nakliye, nakliye sigortası, montaj giderleri vs. giderler yükleniciye aittir. Tüm montaj işlemleri firma tarafından yerinde yapılacaktır.
8. Montaj çalışmalarında her türlü emniyet ve can güvenliği yüklenici tarafından sağlanacak olup bu konuda her türlü sorumluluk (kaza sorumluluğu vs.) yükleniciye aittir. İş güvenliği kanunu ve mevzuatına göre yükümlülüklerini yerine getirecektir.
9. Montaj çalışmaları sırasında, yüklenici tarafından herhangi bir sebeple zayi edilen, kırılan malzemelerin yenileri yüklenici tarafından Belediye'ye bedelsiz olarak teslim edilecek olup bu konuda itiraz edilmeyecektir.

8 - CEZALAR VE DİĞER HUSUSLAR

Şartnamede belirtilen ürünlerin sunulması ve hizmetlerin yapılması esnasında şartnameye veya ilgili mevzuat hükümlerine aykırı bir durum tespit edildiği veya Yüklenici bu şartnamede yer alan ürünlerden veya hizmetlerden birinde veya birkaçında bir hizmet kusuru meydana getirdiği takdirde ve/veya teknik şartnamede belirtilen süreler içerisinde ürünlerin idareye teslim edilmemesi/değiştirilmemesi durumunda gecikilen her takvim günü için Yükleniciye Sözleşme bedelinin %0,2 'si (binde iki) oranında cezai müeyyide uygulanacaktır.

26DT2368509Doğrudan Temin Alım Kaydı

Doğrudan Temin Kapsamı	4734 Kapsamında
Doğrudan Temin Maddesi veya İstisna Alımın Dayanağı(Varsa)	22-d* (Parasal Limit Kapsamında)
Doğrudan Temin Türü	Mal
İşin Adı	VETERİNER HİZMETLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE TIBBİ CİHAZ ALIM İŞİ
Fiyat Teklifinin Verileceği Yer	ihalevesatinalma@cekmekoy.bel.tr
İdarenin İletişim Bilgisi	02166000600 - 1341-1343-1313
Fiyat Teklifinin Verileceği Son Tarih	27.11.2026 10:00
Alım Tarihi/Sözleşme Tarihi	
Toplam Alım Bedeli	
Bütçe Yılı	2026
Tıbbi Cihaz Alımı Mı?(Doğrudan Temin Türü Mal ise) (Tıbbi cihaz yönetmelikleri kapsamında ve/veya SGK geri ödemesine tabi)	Hayır

26DT2368509Alım Yapılan İstekli ve Kalem Bilgileri